

Znak sprawy: DZP.271.1.4.2024.AR

Radom, dnia 15.02.2024r.

**Wszyscy Wykonawcy
Wszyscy zainteresowani**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

„Zakup i dostawa 20 sztuk łóżek rehabilitacyjnych z materacami i wysięgnikami wraz z transportem i montażem dla Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy, ul. Wyścigowa 16, 26-600 Radom”

Odpowiedź na pytania do postępowania Znak sprawy: DZP 271.1.4.2024.AR

Zamawiający, przekazuje treść pytań, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu oraz udziela odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu wynoszącym 185 kg, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści łóżko z obciążeniem bezpiecznym roboczym 215 kg (+/-15kg).

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia segmentu pleców w zakresie 0-70 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia segmentu pleców w zakresie 0-80 stopni (+/-10%).

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia segmentu uda w zakresie 0-38 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia segmentu uda w zakresie 0-30 stopni (+/-10%).

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami bez właściwości antystatyczności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści łóżka z kołami bez właściwości antystatycznych.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wykończeniem drewnianym tylko w kolorze buku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści łóżko z wykończeniem drewnianym w kolorze buku.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Usług Wspólnych
w Radomiu
mgr Anna Rybak-Pałka
/podpis na oryginale/